

ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ ՍՏԱՅՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Սույն Քաղաքականությունը մշակվել է ISO/IEC 17043 «Համապատասխանության գնահատում: Որակավորման ստուգում անցկացնելու հիմնական պահանջները» ստանդարտի պահանջներին համապատասխան և ուղղված է արդյունքների հուսալիության և համադրելիության ապահովմանը՝ ստացված տարբեր լաբորատորիաների կողմից՝ անկախ կիրառվող չափումների մեթոդիկաներից, միջլաբորատոր համեմատությունների միջոցով որակավորման ստուգման ծրագրերի ժամանակ:

2. Սույն փաստաթղթում օգտագործված «մեթոդ» և «չափման մեթոդիկա» տերմինները կարելի է կարդալ այնպես, ինչպես սահմանված է ISO/IEC ուղեցույց 99 «Միջազգային չափագիտության բառարան. Հիմնական և ընդհանուր հասկացություններ և հարակից տերմիններ (VIM3)»:

3. Պրովայդերն իրեն իրավունք է վերապահում սահմանելու առաջարկվող չափման մեթոդիկա՝ միջլաբորատոր համեմատությունների միջոցով որակավորման ստուգման ծրագրի համար՝ հիմնվելով վերլուծության վրա.

- մասնակից լաբորատորիաների հավատարմագրման ոլորտի,
- մասնակիցների լաբորատորիաների հարցաթերթերում և ցուցումներում օգտագործվող մեթոդիկաների:

4. Չափման մեթոդիկաները, որոնք օգտագործվում են ՈՍԾ մասնակիցների կողմից, որոշվում են միջլաբորատոր համեմատությունների ծրագրի մշակման ժամանակ որոշակի ցուցանիշի համար և ներառված են միջլաբորատոր համեմատությունների մասնակիցների Հրահանգներում:

4.1 Նախապատվությունը տրվում է մասնակիցների մեծամասնությանը հասանելի մեթոդիկաներին՝ ըստ հետևյալ հաջորդականության.

- մեթոդիկաներ, որոնք ունեն միջազգային ստանդարտների կարգավիճակ,
- մեթոդիկաներ, որոնք ունեն տարածաշրջանային և միջպետական ստանդարտների կարգավիճակ,
- մեթոդիկաներ, որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտների կարգավիճակ,
- առաջատար գիտական և մեթոդական կազմակերպությունների կողմից մշակված մեթոդիկաներ չափումների միասնականության ապահովման ոլորտում,
- ինքնուրույն մշակված մեթոդիկաներ՝ պայմանով, որ մասնակցի կողմից օգտագործվող բոլոր չափման մեթոդիկաները պետք է լիովին վավերացված և վավերացված լինեն՝ ՀՍ ISO/IEC 17025 «Փորձարկման և տրամաչափարկման լաբորատորիաների իրավասությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտի պահանջներին համապատասխան,

4.2 Նշանակված արժեքների որոշման մեթոդիկաներն ընտրվում են մասնակիցների արդյունքների օբյեկտիվ գնահատում ապահովելու համար, բայց միևնույն ժամանակ խրախուսվում են չափման մեթոդիկաների համեմատելիությունը, ինչպես ներկայացվում է ՈՍԾ նպատակներում:

5. Չափման մեկ մեթոդիկա սահմանելու հնարավորության բացակայության դեպքում, պայմանավորված միջլաբորատոր համեմատությունների մասնակցի մոտ պայմանների և սարքավորումների առկայությամբ, համեմատությունների Պրովայդերը հարցում է անում լաբորատորիային չափման մեթոդիկայի մասին, որը տարբերվում է նշվածից՝ նախքան որակավորման ստուգման փուլի մեկնարկը, քանի որ Պրովայդերը պետք է տեղյակ լինի, որ տարբեր չափման մեթոդիկաներ պիտի կիրառվեն, որոնց համար չափված մեծությունները տեխնիկապես համարժեք են, և համապատասխանաբար քայլեր ձեռնարկի՝ գնահատելու համար մասնակիցների այդ մեթոդիկաներով ստացված արդյունքները:

6. Եթե մասնակիցներին թույլատրվում է օգտագործել իրենց ընտրած չափման մեթոդիկան, ապա Պրովայդերը պետք է ներառի այս տեղեկատվությունը Մասնակիցների հրահանգներում:

7. Այն դեպքում, երբ մասնակիցն օգտագործում է չափման մեթոդիկա, որը տարբերվում է Մասնակցի համար ցուցումներում նախատեսված մեթոդիկայից, արդեն ՄԼՀ միջոցով ՈՍԾ փուլի ընթացքում Մասնակիցն ուղարկում է Պրովայդերին այլ չափման մեթոդիկա օգտագործման հիմնավորում՝ նշումով առաջարկվող չափման մեթոդիկան չկիրառելու պատճառների մասին: Հաջորդիվ Պրովայդերը որոշում է հնարավորությունը տվյալ Մասնակցի արդյունքների կիրառումը տվյալների մշակման մեջ: Այն դեպքում, երբ Մասնակցի չափումների արդյունքներն անհնար է միանշանակ մեկնաբանման, Չափումների արձանագրությունը չեղյալ է հայտարարվում:

8. Պրովայդերի անձնակազմը, որը ներգրավված է ՄԼՀ միջոցով ՈՍԾ նախապատրաստման և իրականացման աշխատանքներում, ծանոթացված է և պարտավոր է հետևել այս քաղաքականությանը:

9. Այս քաղաքականությունը հասանելի է Պրովայդերի բոլոր աշխատակիցներին, որոնք ներգրավված են մասնակիցների և շահագրգիռ անձանց ՈՍ ծրագրերին, և տեղադրված է armstandard.am կայքում՝ Պրովայդերի բաժնում: